

Diskmedel till diskdesinfektor

Vårdavdelning, mottagning, lab, vårdcentral, tandvård	Suma Med Super LpH	Best nr: 14475	Bänkdiskdesinfektor: Fornax används till vissa maskiner efter beslut av regionens servicetekniker.
Operationsavdelning, sterilteknisk enhet, mottagning/enhet med operativ verksamhet	Suma Med Enzyme*	Best nr: 17164	Kräver speciell temperaturinställning, utförs av regionens servicetekniker.

* Får inte användas utan inställning och kontroll av behörig tekniker.

Torkmedel diskdesinfektorer

Samtliga diskdesinfektorer	Suma Med Rinse	Best nr: 15170	pH-neutralt
----------------------------	----------------	----------------	-------------

Diskmedel spoldesinfektorer

Samtliga spoldesinfektorer	Fornax	Best nr: 20167	-
----------------------------	--------	----------------	---

Avkalkningsmedel

Avkalkningsmedel används vid behov i samråd med regionens servicetekniker.

Vid frågor kontakta:

Regionens servicetekniker

Sterilteknisk enhet

Vårdhygien