

Leveransproblem av Blodgasspruta med kanyl, 3 mL från ICU-medical

Då leverantören av Blodgasspruta med kanyl, 3 mL, art nr 4698PG, sesam nr 18176 har leveransproblem har vi godkänt Blodgasspruta med kanyl, 1 mL, art nr 4629PG från samma leverantör.

Blodgassprutan med kanyl (1 mL) innehåller en tillsats av elektrolytbalanserad heparin. För korrekt analysresultat krävs en minsta blodvolym på 0,3 mL och att sprutan blandas väl.

Restad produkt:

- Blodgasspruta med kanyl, 3 mL, art nr 4698PG, sesam nr 18176.



Ersättningsprodukt:

- Blodgasspruta med kanyl, 1 mL, art nr 4629PG



Vid frågor kring beställningar/restade produkter kontakta Materialdepån:
materialdepan@regionblekinge.se eller telefon 0455 – 73 63 94

Kim Ekblom
Överläkare
Medicinskt ansvarig

Marie Petersson
PNA-Samordnare