



Handläggare: Richard Odh

Telefon: 08-799 4478

Landstinget Kronoberg, Centrallasarettet Växjö
Centrallasarettet Växjö

Vår referens: SSM2012-3305, Cm-022-00027

351 85 VÄXJÖ

Tillstånd

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beviljar med stöd av 20 § strålskyddslagen (1988:220) tillstånd till nedan angiven verksamhet med angiven omfattning.

Tillståndshavare:	Landstinget Kronoberg, Centrallasarettet Växjö
Organisationsnummer:	232100-0065
Tillståndets giltighet:	Tillsvidare
Kontaktperson:	Sjukhusfysiker Bertil Axelsson

Tillståndet gäller för att transportera, inneha och använda radioaktiva ämnen med en sammanlagd aktivitet på maximalt 100 GBq och förvärva, upplåta, överlåta, inneha, underhålla och använda röntgenutrustning ingående i utrustning avsedd för nuklearmedicinska undersökningar, så kallade SPECT-DT eller PET-DT. Tillståndet omfattar de vårdinrättningar som anges i bilaga Registerutdrag.

Villkor

Utöver av myndigheten utfärdade generella föreskrifter gäller för detta tillstånd följande villkor meddelade med stöd av 26 § strålskyddslagen (1988:220):

Tillståndsvillkor Cm (se bilaga).

Tillståndshavaren ska årligen upprätta en skriftlig redogörelse för det gångna kalenderåret. Redogörelsen ska omfatta vad som anges i villkorsbilagan och vara upprättad senast den första mars varje år. Redogörelsen ska sparas i 5 år och på uppmaning skickas till SSM.



Landstinget Kronoberg, Centrallasarettet Växjö
Centrallasarettet Växjö

Vår referens: SSM2012-3305, Cm-022-00027

351 85 VÄXJÖ

Angående tillstånd för verksamhet med joniserande strålning

Härmed översänds ett uppdaterat tillståndsbevis för i tillståndet angiven verksamhet med joniserande strålning. Den årliga avgiften för tillståndet framgår av avgiftsförordningen (2008:463) tillsammans med bifogat Registerutdrag.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) genomför en omstrukturering och uppdatering av myndighetens tillståndsregister för medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning. I detta arbete ingår en grundlig översyn av de uppgifter som är registrerade hos SSM angående tillståndshavarnas verksamhet samt utfärdande av uppdaterade tillståndsbevis och reviderade tillståndsvillkor.

Kontrollera tillståndsbeviset, namn- och kontaktuppgifter samt verksamhetsadresser i det medföljande registerutdraget och meddela SSM om uppgifterna behöver ändras.

För Strålsäkerhetsmyndigheten

Richard Odh
Inspektör

Kopia för kännedom: Bertil Axelsson, Landstingets kontaktperson mot SSM.



Bilagor

1. Tillståndsvillkor Cm
2. Registerutdrag
3. Årliga avgifter
4. Hur ett beslut överklagas



Tillståndsvillkor Cm

Nummer: 201201

Utöver de föreskrifter som utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) gäller för den verksamhet som omfattas av tillståndet följande villkor meddelade med stöd av 26 § strålskyddslagen (1988:220):

1. Om tillståndet gäller för att tillverka, installera eller underhålla röntgenutrustning, ska tillståndshavaren ha särskilda rutiner som säkerställer att detta utförs på ett strålsäkert sätt. Tillståndshavaren ska se till att personal som är involverad i sådana verksamheter, förutom grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i strålskydd, även har kunskaper om röntgenutrustningens konstruktion och funktion samt kunskaper om åtgärder vid felfunktion.
2. Överlåtelse eller upplåtelse av radioaktiva ämnen eller röntgenutrustning inom landet får bara ske till den som har giltigt tillstånd från SSM för den avsedda verksamheten med joniserande strålning. Innan överlåtelsen eller upplåtelsen sker ska tillståndshavaren säkerställa att mottagaren har giltigt tillstånd.
3. En förteckning ska finnas över innehavet av slutna strålkällor.
4. Tillståndshavaren ska med det tidsintervall som anges i tillståndsbeslutet upprätta en skriftlig redogörelse för det gångna kalenderåret med följande innehåll:
 - a) Uppgift om vilket datum den aktuella organisationsplanen för strålskydd fastställdes.
 - b) En beskrivning av hur tillståndshavaren uppfyller SSM:s krav angående teoretisk och praktisk utbildning i strålskydd för olika personalkategorier. Av redogörelsen ska det framgå hur stor andel av respektive personalkategori som har utbildats enligt fastställt utbildningsprogram. Redogörelsen ska omfatta alla som är sysselsatta i verksamheten.
 - c) Uppgifter om förändring i innehav av tillståndspliktig röntgenutrustning samt en förteckning över slutna strålkällor med en utträngande strålning av $\alpha > 5 \text{ MBq}$, $\beta > 50 \text{ MBq}$ eller $\gamma > 500 \text{ MBq}$.



Registerutdrag för Landstinget Kronoberg, Centrallasarettet Växjö

Aktnummer Cm-022-00027

Tillståndsnr: SSM2012-3305
Tillståndets giltighetstid: 2012-08-16 och tillsvidare
Tillståndets aktnummer: Cm-022-00027

Information om tillståndshavaren

Företag/Organisation		Fakturauppgifter
Aktnr. / Kundnr.	Cm-00027	750042
Namn	Landstinget Kronoberg, Centrallasarettet Växjö	Kronobergs läns landsting
Org.nr.	232100-0065	
Avdelning	Centrallasarettet Växjö	Centrallasarettet
Postadress		Medicinsk Fysik och Teknik
Postnr. och ort	351 85 VÄXJÖ	351 85 VÄXJÖ
Land		
Telnr. vxl.	0470 88000	0470-88774
Kontaktperson		Fakturakontakt / referens
Namn / Ref.	Bertil Axelsson	Bertil Axelsson
Telnr. direkt	0470587638	
E-postadress	bertil.axelsson@ltkronoberg.se	

Utrustning för verksamheten: Landstinget Kronoberg, Centrallasarettet Växjö

Öppna radioaktiva strålkällor

Nr.	Placering	Utrustningstyp	Fabrikat	Produktnamn	Reg.	Ant.	Strålkälla	Gränsvärde
23		Öppna strålkällor						100 GBq
Anm:	Avgift för Samlingstillståndet Omfattning: Samlingstillstånd; Max 100 GBq							

Utrustning för verksamheten: Växjö centrallasarett

Adress	Södra Järnvägsgatan 1
Ort	352 34 Växjö

Nr.	Placering	Utrustningstyp	Fabrikat	Produktnamn	Reg.	Ant.	Strålkälla	Gränsvärde
24	Mobil PET-DT	PET-DT	GE	Discovery ST	2011			
Anm:	Överförd från Am-00027							
25	Röntgen rum 1	SPECT-DT	GE	Hawkeye	2001			
Anm:	Överförd från Am-00027							



2012-01-15

Information om årliga avgifter för tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten sägs att tillståndshavare enligt strålskyddslagen ska betala *årliga* avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Förordningen ändrades senast 2011 genom att avgifterna i bilagan till förordningen justerades.

Avgifternas storlek framgår på nästa sida.

Den årliga avgiften tas ut första gången under kalenderåret efter att beslut om tillståndet har fattats. Det innebär vanligen att ingen avgift tas ut i samband med att SSM beviljar tillstånd. För tillstånd som beviljas för en kortare tidsperiod tas dock avgift ut i samband med att tillståndet beviljas.

För avgiftsuttaget gäller vidare:

- Om SSM:s prövning av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än normalt, ska en tilläggsavgift betalas med 1 160 kronor per nedlagd arbetstimme.
- Då ett tillstånd förnyas ska avgift erläggas även för det år då beslut fattas om att förnya tillståndet.
- *Förhållanden som anmälts till SSM före den 1 januari ska ligga till grund för beräkningen av avgiften.*
- Också för *innehav* av tekniska anordningar som kräver tillstånd enligt strålskyddslagen ska årliga avgifter betalas till SSM.
- Beslut att ta ut avgift får verkställas enligt utsökningsbalken, vilket innebär att en obetald avgiftsfaktura efter påminnelse skickas direkt till kronofogden.
- Om det finns särskilda skäl, får SSM sätta ned eller efterskänka avgiften. En verksamhet med liten omfattning har av SSM inte bedömts utgöra särskilda skäl för nedsättning av avgiften.
- Beslutet att bevilja tillstånd med vilket avgiftsskyldighet följer kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.



Strålsäkerhetsmyndigheten

Swedish Radiation Safety Authority

Hur ett beslut överklagas

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.

Överklagandet ska göras skriftligt och inges till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Besöksadress: Solna strandväg 96, Stockholm.

Ange i skrivelsen beslutets diarienummer, vilken ändring ni vill ha i beslutet samt skälen till ändringen. Överklagandet ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre veckor från det att ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Strålsäkerhetsmyndigheten sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om inte Strålsäkerhetsmyndigheten själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.