Patient id:

År & Månad:

Signeringslista hemventilator PB 560 med trak

REGION KRONOBERG

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Vinkelbit med flexslang byte (engångs) Kl 8																															
Filter /Fuktvärmeväxlare byte (engångs) Kl 8																															
Byte av engångs respiratorslang Måndag																															
Avtorkning av ventilator (fuktig trasa alt. ytdesinfektion) Måndag																															
Luftintagsfilter (baksida maskin) byte 1:a varje månad																															
Hygrobactfilter till ”testlunga” Kl 8																															

Patient id:

År & Månad:

Signeringslista hemventilator PB 560 med maskventilation

REGION KRONOBERG

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Rengöring mask Kl 8																															
Rengöring befuktare Kl 8																															
Tvätt huva till mask Måndag																															
Byte av engångs respiratorslang Måndag																															
Skölj grå adapter på respiratorslang Måndag																															
Byte filter (fuktvärmeväxlare närmast ventilatorn) Måndag																															
Byte slang till befuktare (skölja igenom) Måndag																															
Avtorkning av ventilator (fuktig trasa alt. ytdesinfektion) Måndag																															
Luftintagsfilter (baksida maskin) byte 1:a varje månad																															