

Minnesanteckningar

Arbetsgrupp Laboratoriemedicin

Närvarande: Lars Andersson, Kim Ekblom, Annika Petersson, Håkan Jansson, ~~Magnus Karlsson~~, Pär Lindgren, ~~Marianne Malmqvist~~, Roland Olofsson-Dolk, Mats Roman, ~~Tomas Zucconi~~, Joakim Pejer

- **Mötet öppnas**
- **Föregående minnesanteckningar**
 - Godkänns.
- **Inkomna ansökningar om patientnära utrustning**
 - Ansökan om Hemocue Glukos, Rättsspsykiatri (komplettering)
 - **Bifalles**
 - Ansökan om AccuCheck Glukos, BB/Förlossningen
 - HemoCue Glukos f n upphandlat på sjukhuset. Joakim Pejer tar reda på vad som står i kravspecifikationen - utrymme för ytterligare glukosinstrument? Joakim Pejer tar reda på ifall tidigare verifiering finns av instrumentet, samt vad som sagts vid tidigare inköp.
 - Joakim Pejer informerar BB om beslut och efterhör orsak till önskemål (flytt?).
 - Ansökan om ABL90, Neonatalavdelningen
 - Uppskattad kostnad cirka 350 tkr/år
 - Innan det kan bli aktuellt bör kostnadsberäkning (inkl uppkoppling) göras. Jämförelse mot iStat. Sannolikt

- krävs upphandling. Joakim Pejer kontakter Ulrika Sandberg och efterhör äskad summa.
- Joakim Pejer informerar neonatalavd om beslutet.

- **Information från laboratoriet**

- Klinisk kemi
 - Äskade medel beviljade till pågående upphandling
 - Utökning av utbud av urinalyser
 - Klinisk kemi bör informeras om ändringar i medicinska riktlinjer för att bättre kunna styra den egna verksamheten. Vid eventuell upphandling av dokumenthanteringssystem behöver Klinisk kemi vara inblandade.
- Kim Ekblom kontakter kanslienheten
- Klinisk mikrobiologi
 - Nytt PCR-instrument nu i drift
 - Namnbyte har skett på flera parasit-analyser
 - Ny analys – Hepatit E IgM
 - Sars-cov-2 försiktigt i sjunkande
- Provrör från materialdepån
 - Problem med leveranser – vad går att göra åt detta?

- **X-analyser**

- Enligt IVDR behöver alla analyser som sker utanför tillverkarens avsedda användningsområde framgent ske som ”egentillverkning” vilket innebär krav på riskanalys och ökad dokumentation.
- I dagsläget glukos, albumin och bilirubin/oxihemoglobin i likvor, pH i pleuravätska samt LPK och kristaller i ledvätska

- som innefattas. Övriga analyser på vätskor exkl blod/serum/plasma/urin kräver sannolikt egentillverkning.
 - Vilka analyser på X-vätskor särskilt viktiga att ha kvar?
- Relevant även på mikrobiologen?
 - Påverkas vid vissa analyser (exv klamydia i ögonsekret)
- **DCA prestandaproblem**
 - Stor lot-till-lot variation vilket leder till högt CV för analysen. Detta riskerar leda till felaktig diagnostik av diabetes.
 - Klinisk kemi utreder frågan och tar kontakt med leverantör
- **Analys av ketoner i primärvården:**
 - Ketonmätare ska erbjudas till vårdcentraler där man upplever ett behov. De mätare som är (av tillverkaren) avsedda för egenmätning får ej användas inom vården enligt rådande lagstiftning.
 - Nova StatStrip express är det som erbjuds för närvarande.
 - Joakim Pejer skriver ett utskick om rådande läge som vidarebefordras av Roland Olofsson-Dolk.
- **Etanol på Cobas:**
 - Möjlighet finns att sätta upp Etanol på Cobas, vilket skulle gynna Ljungby genom avsevärt kortare svarstid. Metanol kan sättas upp på Cobas i Växjö, acceptabelt enligt anestesikliniken.
 - Isopropanol förekommer i prover enstaka gånger per år, kan förekomma då man ej tänkt på att ta provet.
 - Acceptabelt som skickeprov. Påverkar ej behandling.
- **Övrigt**
- **Mötet avslutas**